

免染SDS-PAGE 彩色凝胶快速配制试剂盒(12.5%)

货号: PMK1015C。

储存方式: 除改良型促凝剂保存于-20°C 外, 其它产品保存于4°C, 保质期 12 个月。

制胶块数: 50 块。

产品简介:

本试剂盒提供了简单又快速的免染12.5%SDS-PAGE 彩色(红色)凝胶配制试剂, 采用上层胶(也称浓缩胶、积层胶)和下层胶(也称分离胶)的预混配方, 只需加入改良型促凝剂即可快速制备凝胶, 避免的传统制胶法中TEMED 的恶臭味, 保护了实验人员的身体健康, 可在短时间内制备多块凝胶, 无需计算所需溶液量, 无需稀释, 操作简便。且使用本产品所配置的上层胶带有颜色(红色), 使得蛋白点样孔清晰呈现, 实现了加样过程的可视化, 极大的提高了加样效率, 有利于点样和控制电泳进程。本产品上层胶中的(红色)染料可在上层胶中稳定存在, 不会随着电泳而迁移至下层胶, 不会影响电泳和蛋白染色效果, 电泳完成后也便于识别上层胶并切除。本产品所制备的凝胶为免染PAGE胶, 蛋白条带紫外曝光即可成像, 无需染胶, 也不影响后续Western Blot等实验。

本产品的改良型促凝剂具有更好的稳定性和催化效能, 配制过程中无需额外添加TEMED。为确保实验效果和方便吸取使用, 已开盖使用过的改良型促凝剂可置于4°C 保存至少3 个月。

本试剂盒可制备厚度0.75mm 常规尺寸的凝胶50 块, 具体配制的凝胶块数量与凝胶的厚薄以及凝胶大小有关。

产品内容:

产品编号	名称	包装及规格
PMK1015C-1	上层胶溶液	30ml x 1
PMK1015C-2	彩色上层胶缓冲液(红色)	30ml x 1
PMK1015C-3	下层胶溶液	100ml x 1
PMK1015C-4	下层胶缓冲液	100ml x 1
PMK1015C-5	改良型促凝剂	1ml x 4

使用说明:

(以一块 0.75/1.0/1.5mm 的 mini 胶为例)

1. 取等体积下层胶溶液和下层胶缓冲液, 各2.0/2.7/4.0mL, 轻轻混匀。
2. 向步骤 1 的混合溶液中加入40/60/80μl的改良型促凝剂, 轻轻混匀。
3. 将步骤 2 的混合溶液注入制胶玻璃板中, 使液面和短玻璃板上沿之间的距离比梳齿长0.5cm即可, 加入适量水或醇(如乙醇、异丙醇等)覆盖于下层胶之上。(此溶液为过量, 请勿全部注入, 可留少许以判断凝胶状态)
4. 待下层胶凝固后(约15min), 倒去上层水或醇。(当水或醇和胶之间有一条折射线时, 说明胶已凝固)
5. 取等体积上层胶溶液和彩色上层胶缓冲液, 各0.5/0.75/1.0mL, 轻轻混匀。(由于染料的特殊理化性质, 使用前请摇匀)
6. 向步骤 5 的混合溶液中加入10/15/20μl的改良型促凝剂, 轻轻混匀。

产品说明书

- 将步骤6的混合溶液注入制胶玻璃板中，插入梳齿。
- 待上层胶凝固后(约15min)，拔去梳齿即可用于电泳。
- 电泳结束后，即可将凝胶从玻璃板中取出，放入成像仪紫外(波长302nm)曝光成像，或在紫外切胶台上直接观察。(注意：紫外激发荧光基团一般需1-5min，凝胶上即可呈现清晰的蛋白条带。观察Western Blot转印后膜上蛋白条带，必须在电泳后，将凝胶经紫外激发出现清晰条带后，再进行转膜操作。若直接转膜再用紫外激发，荧光信号会很弱或无信号。)

下层胶配方			
凝胶厚度	下层胶溶液	下层胶缓冲液	改良型促凝剂
0.75mm	2.0mL	2.0mL	40uL
1.00mm	2.7mL	2.7mL	60uL
1.50mm	4.0mL	4.0mL	80uL

上层胶配方			
凝胶厚度	上层胶溶液	彩色上层胶缓冲液	改良型促凝剂
0.75mm	0.5mL	0.5mL	10uL
1.00mm	0.75mL	0.75mL	15uL
1.50mm	1.0mL	1.0mL	20uL

注意事项：

- 请尽量使用新鲜配制的电泳缓冲液。
- 本产品制备出的上层胶和下层胶与传统的浓缩胶和分离胶配方一致，针对10-60kDa的蛋白都能有很好的浓缩和分离效果，如果针对更大分子量的蛋白，建议选用普美克的10%免染SDS-PAGE彩色凝胶快速配制试剂盒(PMK1014C)效果更好；针对更小分子量的蛋白，建议选用普美克的15%免染SDS-PAGE彩色凝胶快速配制试剂盒(PMK1017C)效果更好。
- 改良型促凝剂的使用量仅作参考，实际用量可根据个人实验习惯和经验调整，加入较多量的促凝剂可加速凝胶，反之亦然。
- 凝胶速度与温度有显著的正相关性。同等条件下，温度越高，凝胶速度越快，室温过高时建议适当减小改良型促凝剂的用量，室温较低时，可适当延长凝胶时间。
- 本产品已加入适量TEMED的替代品，如需进一步加速凝胶，临配胶前可按需补充适量TEMED。
- 在配胶之前，使胶溶液及缓冲液平衡到室温(如室温放置几分钟)，可有效避免凝胶中气泡的形成。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究使用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

相关产品：

- PMK0015 快速蛋白凝胶染色液
- PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated
- PMK0016 通用抗体稀释液
- PMK1700 PBST 缓冲液
- PMK0019 30%丙烯酰胺(29:1)
- PMK0563 Western 快速电泳缓冲液(10x)
- PMK1013B SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒(彩色,通用型)



更多产品详情了解，请关注公众号：